



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONCURSO N° 070421:

ADQUISICIÓN DE BIENES: UN (01) EQUIPO DE ANALISIS TERMO GRAVIMETRICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN: Equipo de análisis termogravimétrico (TGA)

Voltaje de operación: 220V frecuencia: 50-60Hz. Con software incluido para controlar el dispositivo.

Posibilidad de analizar muestras de más de 5 mg de peso. Rango de temperatura: ambiente hasta más de 800°C. Tiempo de enfriamiento desde la temperatura máxima hasta 100 °C en menos de 30 minutos.

Velocidad de calentamiento variable y programable. Posibilidad de conexión de diferentes gases.

COTIZAR PRECIO PLAZA CONTEMPLANDO TRASLADO HASTA:

Dirección de entrega: CIDMEJU (Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales Avanzados y

Almacenamiento de Energía de Jujuy): Av. Juan a. Rojas esq. San Martín s/n (Palpalá). Previa

nacionalización en Ezeiza (en caso de ser necesario).

CONDICIONES DE ENTREGA: Instalado en el laboratorio del CIDMEJU.